

## 令和7年度熊山診療所DRシステムフラットパネル購入仕様書

1 物件名 DRシステムフラットパネル

2 機器の型式・数量等

メーカー：コニカミノルタ

製品名：DRシステム AeroDR

品名・個数：

| 品 名                                 | 個数 |
|-------------------------------------|----|
| AeroDR swift 1417HL                 | 1  |
| AeroDR XGボックス                       | 1  |
| AeroDR パワーサプライユニット                  | 1  |
| AeroDR XGケーブルセット 100V               | 2  |
| AeroDR I/Fケーブル3 8mU                 | 2  |
| AeroDR ディテクターインターフェースユニット           | 2  |
| インスタントアクセスポイント IAP-505 (Aruba)      | 1  |
| アルバアクセスポイント<br>IAP-305/505用 電源アダプター | 1  |
| アルバアクセスポイント<br>IAP-305/505用 電源ケーブル  | 1  |

3 納入期限 令和7年8月30日（土）

4 納入場所 赤磐市国民健康保険熊山診療所 岡山県赤磐市松木 621 番地 4

5 納入設置及び各種設定

- ・現在使用しているデジタルラジオグラフィーAeroDR（コニカミノルタ製）で使用するため、同等品不可とする。また、機器は新品に限る。
- ・納入は、事前に担当者と調整し、診療に影響のない日時で行うこと。
- ・本機器等の搬入、据付け及び調整等を納入期限までに完了後、使用可能な状態にすること。
- ・機器の設置及び設定後、既存の機器及び不要な梱包材等を引き取り、関係する法規則を順守し正當に処分すること。
- ・電気容量、入力電圧、漏電対策について本市と事前に相談して必要な措置を講ずること。
- ・搬入の際は、建築物の床、壁等の破損、汚損等の防止に努め、必要部分の保護養生を行うこととし、これにかかる費用の一切を受注者が負担すること。
- ・本診療所医師及び看護師が確実な操作ができるよう研修技術支援を行うこと。

## 6 納入検査

本機器等の納入完了後に検査職員の納入検査を行う。なお、納入検査には受注者が立ち会うこと。納入検査の結果、本機器等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、直ちに当該機器を引き取り、その代替品を検査職員の指定した日時までに納入・設定すること。

## 7 その他

本仕様書に記載のない事項は担当職員と協議し、その指示に従うこと。